

## Технические характеристики медицинского светильника ЭМАЛЭД 202

Световые характеристики	
Источник света	LED-элементы
Кол-во источников света	8 шт.
Срок службы источников света	от 60000 ч.
Уровень центральной освещённости (Ес)	50 клк
Регулировка уровня освещённости	20-100%
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Глубина освещения (расстояние, на котором Ес достигает 60%)	950 мм
Диаметр светового поля (d10) на расстоянии 1 м.	150 мм
Отношение d50 к d10, где d50 — диаметр светового поля, при котором уровень освещённости составляет 50% от Ес	>50%
Полная облучённость светового поля (Ее)	<1000 м2
Отношение Ее к Ес	<6
Цветовая температура	3500-5000 К
Индекс цветопередачи (Ra)	97
Индекс передачи красного цвета (R9)	от 95
Теневое разбавление (остаточная освещённость при наличии источника тени)	
Для одной маски	—
Для двух масок	40%
В донной части трубки	98%
В донной части трубки с одной маской	—
В донной части трубки с двумя масками	40%
Электропитание	
Напряжение сети	220В
Частота сети	50 Гц
Потребляемая мощность	до 50 ВА
Время работы от резервной батареи	от 2 ч.
Общие характеристики	
Минимальное значение высоты помещения при расстоянии от пола до подвеса 2100 мм	2500 мм
Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира)	Не ограничено
Общая масса	до 48 кг
Масса светового блока	до 1,5 кг
Средний срок службы	от 8 лет
Гарантийный срок	24 месяца

Указанные характеристики приведены по информации из официальных ресурсов производителя и эксплуатационной документации, носят ознакомительный характер и могут не отражать актуальные рабочие параметры модели или конкретной её модификации.

Для уточнения действительных характеристик вы можете обратиться к нашим специалистам:

- отправив запрос по электронному адресу [support@emasvet.ru](mailto:support@emasvet.ru);
- связавшись через мессенджер WhatsApp по номеру [+79847817278](https://wa.me/79847817278);
- позвонив по номеру телефона +7 (499) 226-22-05.